

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

| Pytanie Wykonawcy | Odpowiedź Zamawiającego |
|---|---|
| <p>1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmovanymi panelami wykonanymi z tworzywa HDPE z właściwościami antyalergicznymi? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmovanymi panelami wykonanymi z tworzywa HDPE z właściwościami antyalergicznymi.</p> |
| <p>2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmovanymi panelami wykonanymi z tworzywa ABS? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p> | <p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 kołami blokowanymi centralnie? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 4 kołami blokowanymi centralnie.</p> |
| <p>4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami odbojowymi o średnicy 100 mm? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami odbojowymi o średnicy 100mm.</p> |
| <p>5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220mm? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220mm.</p> |
| <p>6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850mm? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850mm.</p> |
| <p>7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-800mm? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-800mm.</p> |
| <p>8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-12 stopni? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-12 stopni.</p> |
| <p>9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-12 stopni? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-12 stopni.</p> |
| <p>10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką montowaną na stałe? (część 2 poz. 8</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką montowaną na</p> |



| | |
|---|--|
| Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt.20). | stałe. |
| 11. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2120mm? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). | Tak. Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2120mm. |
| 12. Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1040mm? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). | Tak. Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1040mm. |
| 13. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 900mm? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20) | Tak. Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 900mm. |
| 14. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża 2000mm? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20) | Tak. Zamawiający dopuści łóżko o długości leża 2000mm. |
| 15. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 800mm? (część 2 poz. 7 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, szt. 4). | Tak. Zamawiający dopuści wózek o długości 800mm. |
| 16. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 540mm? (część 2 poz. 7 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, szt. 4). | Tak. Zamawiający nie dopuści wózek o szerokości 540mm. |
| 17. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 1000mm? (część 2 poz. 7 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, szt. 4). | Tak. Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 1000mm. |
| 18. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości siedziska 530mm? (część 2 poz. 7 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – | Tak. Zamawiający dopuści wózek o wysokości siedziska 530mm. |



| | |
|--|--|
| wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, szt. 4) | |
| 19. Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma szufladami o wysokości 100 i 200 mm? (część 2 poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). | Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 20. Czy Zamawiający dopuści wózek bez nadstawki? (część 2 poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). | Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 21. Czy Zamawiający dopuści wózek bez pojemnika na rękawiczki? (część 2 poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). | Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 22. Czy Zamawiający dopuści wózek z koszykiem o wymiarach 140x450x170mm? (część 2 poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). | Tak. Zamawiający dopuści wózek z koszykiem o wymiarach 140x450x170mm. |
| 23. Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 650-950mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1). | Tak. Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 650-950mm. |
| 24. Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach całkowitych 2100x750mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1). | Tak. Zamawiający dopuści stół o wymiarach całkowitych 2100x750mm. |
| 25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi panelami wykonanymi z tworzywa HDPE z właściwościami antyalergicznymi? (część 2 poz. | Tak. Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi panelami wykonanymi z tworzywa HDPE z właściwościami |



| | |
|--|--|
| 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). | antyalergicznymi. |
| 26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmovanymi panelami wykonanymi z tworzywa ABS? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). | Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 27. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 kołami blokowanymi centralnie? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). | Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 4 kołami blokowanymi centralnie. |
| 28. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami odbojowymi o średnicy 100mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). | Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami odbojowymi o średnicy 100mm. |
| 29. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). | Tak. Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220mm. |
| 30. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). | Tak. Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850mm. |
| 31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-800mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). | Tak. Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-800mm. |
| 32. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia w części nr 2 do 56 dni od podpisania umowy? | Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. |

