

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające leże 4 sekcyjne, wypełnione odejmowanymi panelami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa pokrytego powłoką antybakteryjną Microban®, z właściwościami antyalergicznymi? Specjalna powłoka antybakteryjna Microban® posiada właściwości zapobiegające namnażaniu się bakterii, jest rozłożona równomiernie na produkcie i znajduje się w strukturze komponentów łóżka. Technologia Microban® pozwala na rozległą kontrolę zakażeń w obrębie całego produktu, także w trudno dostępnych miejscach mających najczęstszy kontakt z pacjentami i personelem? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>



medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające leże o długości 1980 mm? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej posiadające leże o długości 1980 mm.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające elektryczną regulację części udowej w zakresie 0° - 25°? Proponowany zakres będzie w zupełności wystarczający dla łóżek przeznaczonych do opieki długoterminowej? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej posiadające elektryczną regulację części udowej w zakresie 0° - 25°.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające regulację części łydkowej w zakresie 0° - 10°? Proponowany zakres będzie w zupełności wystarczający dla łóżek przeznaczonych do opieki długoterminowej (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej posiadające regulację części łydkowej w zakresie 0° - 10°.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające elektryczną pozycję Trendelenburga 15,5°? Proponowany zakres będzie w zupełności wystarczający dla łóżek przeznaczonych do opieki długoterminowej. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej posiadające elektryczną pozycję Trendelenburga do 15,5°.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające elektryczną pozycję anti-Trendelenburga 13,5°? Proponowany zakres będzie w zupełności wystarczający dla łóżek przeznaczonych do opieki długoterminowej. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej posiadające elektryczną pozycję anti-Trendelenburga do 13,5°.



<p>7. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające szczyty o konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa pokrytego powłoką antybakteryjną Microban®, z właściwościami antyalergicznymi? Specjalna powłoka antybakteryjna Microban® posiada właściwości zapobiegające namnażaniu się bakterii, jest rozłożona równomiernie na produkcie i znajduje się w strukturze komponentów łóżka. Technologia Microban® pozwala na rozległą kontrolę zakażeń w obrębie całego produktu, także w trudno dostępnych miejscach mających najczęstszy kontakt z pacjentami i personelem. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>8. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające bariery boczne z wysokiej jakości tworzywa pokrytego powłoką antybakteryjną Microban®, z właściwościami antyalergicznymi, bez widocznych części metalowych, podwójne, składane osobno? Specjalna powłoka antybakteryjna Microban® posiada właściwości zapobiegające namnażaniu się bakterii, jest rozłożona równomiernie na produkcie i znajduje się w strukturze komponentów łóżka. Technologia Microban® pozwala na rozległą kontrolę zakażeń w obrębie całego produktu, także w trudno dostępnych miejscach mających najczęstszy kontakt z pacjentami i personelem (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>9. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające pozycję anty-Trendelenburga regulowaną elektrycznie 0-20 stopni? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt.20).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające pozycję anty-Trendelenburga regulowaną elektrycznie 0-20 stopni.</p>



<p>10. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające leże wykonane z lameli metalowych? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające leże wykonane z lameli metalowych.</p>
<p>11. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające szerokość całkowitą 1030 mm? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające szerokość całkowitą 1030 mm.</p>
<p>12. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające szerokość leża 900 mm? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20)</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające szerokość leża 900 mm.</p>
<p>13. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające długość leża 2000 mm? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20)</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające długość leża 2000 mm.</p>
<p>14. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające kąt odchylenia oparcia pleców 0-83 stopni? (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20)</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające kąt odchylenia oparcia pleców 0-83 stopni.</p>
<p>15. Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek (10 szt.) posiadający regulację wysokości w zakresie 1320 – 2250 mm? (część 2 poz. 6 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stojak do kroplówek szt. 10).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści stojak do kroplówek posiadający regulację wysokości w zakresie 1320 – 2250 mm.</p>
<p>16. Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, zabiegowy (3 szt.) wg poniższej specyfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany w z aluminium - szafka z 3 szufladami (800x622x876h mm) - nadstawka (600x700h mm), z trzema rzędami/półkami uchylnych, tworzywowych pojemników - 600x155x210 mm - pojemnik na rękawiczki: 240x80x125 mm - uchwyt na pojemnik na igły - koszyk 360x160x150 - 2 pojemniki na odpady z pokrywami (część 2 poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). 	<p>Tak. Zamawiający dopuści taki wózek.</p>



<p>17. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych (1 szt.) posiadający regulację wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w przedziale 550-820 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1)</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści stół do transportu chorych posiadający regulację wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w przedziale 550-820 mm.</p>
<p>18. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych (1 szt.) posiadający oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej, kąt odchylenia 0-70 stopni (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści stół do transportu chorych posiadający oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej, kąt odchylenia 0-70 stopni.</p>
<p>19. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych (1 szt.) posiadający długość 1980 mm i szerokość całkowitą 770 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści stół do transportu chorych posiadający długość 1980 mm i szerokość całkowitą 770 mm.</p>
<p>20. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych (1 szt.) posiadający regulację wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w przedziale 620-915 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści stół do transportu chorych posiadający regulację wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w przedziale 620-915 mm.</p>
<p>21. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych (1 szt.) posiadający szerokość całkowitą 805 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści stół do transportu chorych (1 szt.) posiadający szerokość całkowitą 805 mm.</p>
<p>22. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające leże 4 sekcyjne, wypełnione odejmowanymi panelami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa HPL? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko OIT posiadające leże 4 sekcyjne, wypełnione odejmowanymi panelami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa HPL.</p>
<p>23. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające szerokość całkowitą przy podniesionych barierkach 970 mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko OIT posiadające szerokość całkowitą przy podniesionych barierkach 970 mm.</p>



<p>24. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające szerokość leża 860 mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko OIT posiadające szerokość leża 860 mm.</p>
<p>25. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 420 – 820 mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 420 – 820 mm.</p>
<p>26. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające szczyty o konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa ABS z właściwościami antyalergicznymi? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające szczyty o konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa ABS z właściwościami antyalergicznymi.</p>
<p>27. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające bariery boczne z wysokiej jakości tworzywa ABS, z właściwościami antyalergicznymi, bez widocznych części metalowych, podwójne, składane osobno? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające bariery boczne z wysokiej jakości tworzywa ABS, z właściwościami antyalergicznymi, bez widocznych części metalowych, podwójne, składane osobno.</p>
<p>28. Czy Zamawiający dopuści dźwig do podnoszenia pacjenta (3 szt.) elektryczny (na pilota)? (część 2 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – dźwig do podnoszenia pacjenta, szt. 3).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>29. Czy Zamawiający dopuści dźwig do podnoszenia pacjenta (3 szt.) bez akumulatora o pojemności 40 cykli, ze względu na to, że opisany dźwig ma być „hydrauliczny” (część 2 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – dźwig do podnoszenia pacjenta, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści dźwig do podnoszenia pacjenta bez akumulatora o pojemności 40 cykli, ze względu na to, że opisany dźwig ma być „hydrauliczny”.</p>
<p>30. Czy Zamawiający dopuści podnośnik zwykły (3 szt.) posiadający wysokość leża opuszczonego - 460 mm, podniesionego – 890 mm? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – dźwig do podnoszenia pacjenta, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści podnośnik zwykły (3 szt.) posiadający wysokość leża opuszczonego - 460 mm, podniesionego – 890 mm.</p>



<p>31. Czy Zamawiający dopuści podnośnik zwykły (3 szt.) posiadający zakres podnoszenia leżaka 430 mm? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści podnośnik zwykły (3 szt.) posiadający zakres podnoszenia leżaka 430 mm.</p>
---	---

