

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko do opieki długoterminowej którego leże wykonane jest w tworzywa typu polipropylen. Parametr ten nie wpływa na pogorszenie właściwości użytkowych oraz wizualnych i jest równoważny z oczekiwanym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko do opieki długoterminowej wyposażone w centralną blokadę kół? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego. W przypadku	Tak. Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko do opieki długoterminowej wyposażone w



<p>negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>centralną blokadę kół.</p>
<p>3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do opieki długoterminowej wyposażone w 4 krążki odbojowe o średnicy 73 mm? Parametr ten nie wpływa na właściwości użytkowe oraz funkcjonalne łóżka. Rozmiar krążka jest tak dobrany alby w pełni zabezpieczał łóżko, ściany oraz futryny przed uszkodzeniami. Rozmiar krążka odbojowego uzależniony jest od konstrukcji łóżka i jego wymiar nie oznacza że łóżko będzie bardziej odporne na uszkodzenia. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do opieki długoterminowej wyposażone w 4 krążki odbojowe o średnicy 73 mm.</p>
<p>4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do opieki długoterminowej którego długość całkowita wynosi 2150mm? Parametr ten różni się od oczekiwanego jedynie o 10mm i nie wpływa na właściwości użytkowe ani funkcjonalne łóżka. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do opieki długoterminowej którego długość całkowita wynosi 2150mm.</p>
<p>5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do opieki długoterminowej którego rama szczytu wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo a wypełnienie z płyty typu HPL? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.</p>



<p>6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do opieki długoterminowej którego szczyty wykonane są z tworzywa polipropylen? Parametr ten nie wpływa na pogorszenie właściwości użytkowych oraz wizualnych i jest równoważny z oczekiwanym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.</p>
<p>7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do opieki długoterminowej którego barierki boczne wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo oraz tworzywa typu propylen? Barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości leża, podwójne, składane osobno, wyposażone w słupki pozwalające na łatwiejsze wstawanie pacjenta. Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego i w żaden sposób nie pogarsza właściwości użytkowych ani funkcjonalnych łóżka. Barierki zgodne są z obowiązującą normą EN 60601-2-52. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.</p>
<p>8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone funkcję anti-Trendelenburga regulowaną w zakresie od 0-18 stopni bez funkcji Trendelenburga? Funkcja Trendelenburga dostępna na pilocie przewodowym może zostać użyta nieświadomie przez pacjenta i w przypadku długiego przebywania w takiej pozycji może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne –</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.</p>



<p>łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	
<p>9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w koła o średnicy 100 mm? Parametr ten nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt.20).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w koła o średnicy 100 mm.</p>
<p>10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o długości całkowitej 2200 mm? Parametr ten różni się jedynie o 60mm. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o długości całkowitej 2200 mm.</p>
<p>11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej 1010 mm? Parametr ten jest korzystniejszy od oczekiwanego. (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej 1010 mm.</p>
<p>12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o wymiarach leża 2000 x 900 mm? Parametr ten różni się jedynie o 20mm i jest standardowym parametrem materaców dostępnych na rynku. (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20)</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o wymiarach leża 2000 x 900 mm.</p>
<p>13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT którego leże wykonane jest w tworzywa typu polipropylen. Parametr ten nie wpływa na pogorszenie właściwości użytkowych oraz wizualnych i jest równoważny z oczekiwanym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia.</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.</p>



<p>(część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20)</p>	
<p>14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT wyposażone w centralną blokadę kół? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20)</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT wyposażone w centralną blokadę kół.</p>
<p>15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT wyposażone w 4 krążki odbojowe o średnicy 73 mm? Parametr ten nie wpływa na właściwości użytkowe oraz funkcjonalne łóżka. Rozmiar krążka jest tak dobrany alby w pełni zabezpieczał łóżko, ściany oraz futryny przed uszkodzeniami. Rozmiar krążka odbojowego uzależniony jest od konstrukcji łóżka i jego wymiar nie oznacza że łóżko będzie bardziej odporne na uszkodzenia. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko IOT szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT wyposażone w 4 krążki odbojowe o średnicy 73 mm.</p>
<p>16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT którego długość całkowita wynosi 2150mm? Parametr ten różni się od oczekiwanego jedynie o 10mm i nie wpływa na właściwości użytkowe ani funkcjonalne łóżka. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko IOT szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT którego długość całkowita wynosi 2150mm.</p>
<p>17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT którego rama szczytu wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo a wypełnienie z płyty typu HPL? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego,</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.</p>



meble medyczne – łóżko IOT szt. 1).	
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT którego szczyty wykonane są z tworzywa polipropylen? Parametr ten nie wpływa na pogorszenie właściwości użytkowych oraz wizualnych i jest równoważny z oczekiwanym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko IOT szt. 1).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT którego bariereki boczne wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo oraz tworzywa typu propylen? Bariereki zabezpieczają pacjenta na całej długości leża, podwójne, składane osobno, wyposażone w słupki pozwalające na łatwiejsze wstawanie pacjenta. Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego i w żaden sposób nie pogarsza właściwości użytkowych ani funkcjonalnych łóżka. Bariereki zgodne są z obowiązującą normą EN 60601-2-52. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko IOT szt. 1).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko OIT które nie jest wyposażone w wagę? Proponujemy wagę najazdową która może być wykorzystana nie tylko na jednym łóżku ale może zostać użyta do innych urządzeń typu wózki, podnośniki itp. Rozwiązanie to jest korzystniejsze oraz tańsze od oczekiwanego. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko IOT szt. 1).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający kierował się własnymi potrzebami.



21. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu łóżka rehabilitacyjne, do opieki długoterminowej oraz OIT? Pozwoli to na otrzymanie większej ilości ofert od wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej ceny zakupowej dla Zamawiającego. Obecne zapisy i układ pakietów wskazuje na jednego wykonawcę. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający przy dobraniu takiej konfiguracji urządzeń do jednego pakietu. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko IOT szt. 1).

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

