

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra z leżem wypełnionym płytą HPL oraz odejmowaną płytą tworzywową ABS z właściwościami antybakteryjnymi co hamuje namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów) niezwykle łatwą w utrzymaniu czystości, przezierną dla promieni RTG (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>



<p>2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami blokowanymi jednocześnie za pomocą dźwigni umieszczonych po obu stronach leża, co jest rozwiązaniem znacznie lepszym niż opisane w SIWZ, gdzie znajduje się wymóg blokady tylko dwóch kół? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami blokowanymi jednocześnie za pomocą dźwigni umieszczonych po obu stronach leża.</p>
<p>3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 100 mm, co w zupełności chroni łóżko i otoczenie przed uszkodzeniami? Proponowana wielkość krążka jest najbardziej wysuniętym elementem w łóżku. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 100 mm.</p>
<p>4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2280 mm? Proponowany wymiar jest lepszy niż opisany w SIWZ ponieważ pozwala na położenie wyższych pacjentów oraz nie pogarsza wymaganych warunków (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2280 mm.</p>
<p>5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach ok. 970 mm? Przy wymiarze leża 2000 x 840 mm, a materaca 2060 x 840mm, proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym niż wymagane ponieważ pozwala na swobodne leżenie pacjenta a jednocześnie dzięki węższej niż wymaga szerokości całkowitej łóżko zajmuje mniej</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach ok. 970 mm.</p>



<p>miejsca w sali / pokoju? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	
<p>6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości leża 840 mm, co stanowi szerokość wystarczająca dla swobodnego i wygodnego leżenia pacjenta? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości leża 840 mm.</p>
<p>7. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszanie ryzyka infekcji wymaga zaoferowania barierek bocznych metalowych, składanych wzdłuż ramy leża z górna rura chwytowa wykonana w technologii Cu+(stop miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów, zabezpieczających pacjenta ok. ¾ długości i unoszonymi na wysokość ok. 36 cm ponad poziom le¹ a, bez sterowania (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wymaga.</p>
<p>8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, pokrytymi lakierem o właściwościach antybakteryjnych zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża od szczytu do szczytu, bez sterowania? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

