

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”
- przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Czy Zamawiający wymaga, aby wózek miał regulację wysokości, a jeśli tak to czy regulacja wysokości ma być przy użyciu siłownika hydraulicznego czy elektrycznego? (część 2 poz. 7 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, szt. 4).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wymaga, aby wózek miał regulację wysokości.</p>
<p>2. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 500-900 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 500-900 mm.</p>



<p>3. Czy Zamawiający dopuści oparcie pleców regulowane za pomocą mechanizmu zapadkowego, które jest trwalsze i pewniejsze od sprężyny gazowej? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści oparcie pleców regulowane za pomocą mechanizmu zapadkowego.</p>
<p>4. Czy Zamawiający dopuści kąt odchylenia 0-70°? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści kąt odchylenia 0-70°.</p>
<p>5. Czy Zamawiający dopuści cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy i blokadą kierunku jazdy? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy i blokadą kierunku jazdy.</p>
<p>6. Czy Zamawiający dopuści stół o długości 2050 mm i szerokości 770 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści stół o długości 2050 mm i szerokości 770 mm.</p>
<p>7. Czy Zamawiający wymaga aby dźwig był hydrauliczny czy elektryczny? (część 2 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – dźwig do podnoszenia pacjenta, szt. 3).</p>	<p>Czy Zamawiający wymaga aby dźwig był hydrauliczny.</p>
<p>8. Czy Zamawiający dopuści dźwig elektryczny o nośności do 130 kg? (część 2 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – dźwig do podnoszenia pacjenta, szt. 3).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>



<p>9. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 1940 mm i szerokości 810 mm? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści wózek o długości 1940 mm i szerokości 810 mm.</p>
<p>10. Czy Zamawiający dopuści wózek o elektrycznej regulacji wysokości sterowanej wygodnym pedałem nożnym ze stałą, ale dostosowaną do chorych prędkością opadania? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści wózek o elektrycznej regulacji wysokości sterowanej wygodnym pedałem nożnym ze stałą, ale dostosowaną do chorych prędkością opadania.</p>
<p>11. Czy Zamawiający dopuści wózek o nośności do 150 kg? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści wózek o nośności do 150 kg.</p>
<p>12. Czy Zamawiający dopuści wózek o zakresie podnoszenia leżaka od 195 mm do 965 mm, czyli ruch pionowy aż 770 mm? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści wózek o zakresie podnoszenia leżaka od 195 mm do 965 mm, czyli ruch pionowy aż 770 mm.</p>
<p>13. Czy Zamawiający dopuści wózek o masie 76 kg? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści wózek o masie 76 kg.</p>
<p>14. Czy Zamawiający dopuści ustawienie skrajnych segmentów leżaka 0, 30, 45, 60 z tolerancją do +/-10°? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści ustawienie skrajnych segmentów leżaka 0, 30, 45, 60 z tolerancją do +/-10°.</p>
<p>15. Czy Zamawiający dopuści w zakresie części nr 2 – Meble medyczne możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

