

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra z leżem wypełnionym płytą HPL oraz odejmowaną płytą tworzywową ABS z właściwościami antybakteryjnymi co hamuje namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów) niezwykle łatwą w utrzymaniu czystości, przezierną dla promieni RTG (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowocenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>



<p>2. Czy Zamawiający mając na względzie zwiększenie walki z czynnikami alergizującymi wymaga łóżka z tworzywowymi wypełnieniami leża, szczytami i osłonami podwozia posiadającymi właściwości antybakteryjne z zastosowaniem nanotechnologii srebra hamującej namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów w tym grzybów, które również mogą wywołać alergię? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 100mm , co w zupełności chroni łóżko i otoczenie przed uszkodzeniami? Proponowana wielkość krążka jest najbardziej wysuniętym elementem w łóżku. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 100mm.</p>
<p>4. Czy Zamawiający do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2280mm(+/_20mm)? Proponowany wymiar jest lepszy niż opisany w SIWZ ponieważ pozwala na położenie wyższych pacjentów oraz nie pogarsza wymaganych warunków. (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Tak. Zamawiający do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2280mm(+/_20mm).</p>
<p>5. Czy Zamawiający dopuści elektrycznie do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach ok 965cm? Przy wymierzę leża 2070x800mm, a materaca 2060x840mm proponowane rozwiązanie jest</p>	<p>Tak. Czy Zamawiający dopuści elektrycznie do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach ok 965cm.</p>



<p>lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na swobodne leżenie pacjenta a jednocześnie dzięki węższej niż wymaga szerokości całkowitej łożko zajmuje mniej miejsca w sali/pokoju (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łożko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	
<p>6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko o szerokości leża ok. 800 mm, co stanowi szerokość wystarczająca dla swobodnego i wygodnego leżenia pacjenta? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łożko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko o szerokości leża ok. 800 mm.</p>
<p>7. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszanie ryzyka infekcji wymaga zaoferowania barierki bocznych metalowych, składanych wzdłuż ramy leża z górna rura chwytna wykonana w technologii Cu+(stop miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów, zabezpieczających pacjenta na ok. ¾ długości i unoszonymi na wysokość ok. 36 cm ponad poziom leż? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łożko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z barierkami bocznymi metalowymi, pokrytymi lakierem o właściwościach antybakteryjnych zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża od szczytu do szczytu? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łożko opieki</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>



długoterminowej, szt. 10).	
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulacji wysokości leża w zakresie 390 - 770 mm, co w dolnym zakresie odbiega od wymogów SIWZ zaledwie o 10 mm i nie wpływa na funkcjonalność i wygodę użytkownika wyrobu? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulacji wysokości leża w zakresie 390 - 770 mm.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulacji części łydkowej w zakresie 0-24 stopni, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ i nie wpływa na funkcjonalność i wygodę użytkownika wyrobu? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulacji części łydkowej w zakresie 0-24 stopni.
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulacji pozycji Trendelenburga, a także anti-Trendelenburga w zakresie 15 stopni, co niemal pokrywa się z wymogami SIWZ? ((część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulacji pozycji Trendelenburga, a także anti-Trendelenburga w zakresie 15 stopni.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi o właściwościach antybakteryjnych, wykonanych w nanotechnologii srebra z właściwościami antybakteryjnymi co hamuje namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, bakterii i grzybów) łatwe w utrzymaniu	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.



<p>czystości? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	
<p>13. Czy Zamawiający, mając na względzie stabilność oraz łatwość utrzymania wyrobu w czystości, a także możliwość współpracy z ramieniem C, wymaga, aby leże łóżka oparte było na dwóch kolumnach łatwych do utrzymania w czystość i zabezpieczonych przed wnikaniem np. płynów, bez miejsc mogących narazić pacjenta czy personel na zakleszczenie? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wymaga.</p>
<p>14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi z tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, wykonanych w nanotechnologii srebra co hamuje namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, bakterii i grzybów), dzielonymi, podwójnymi, zabezpieczającymi pacjenta na odcinku segmentu pleców, segmentu siedziska oraz segmentu uda, z widocznymi, estetycznymi elementami metalowymi tylko w obrębie zawiasów i uchwytów zwalniających, co nie pogarsza funkcjonalności łóżka? (część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1320 – 2250 mm? (część 2 poz. 6</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie</p>



Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stojak do kroplówek, szt. 10).	1320 – 2250 mm.
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy (zabiegowy) wyposażony w pojemnik na rękawiczki o wymiarach: 50 x 115 x 230 mm? (część 2 poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – wózek opatrunkowy, szt. 3).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy (zabiegowy) wyposażony w pojemnik na rękawiczki o wymiarach: 50 x 115 x 230 mm.
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do transportu chorych z regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w przedziale 540 – 930 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).	Tak. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do transportu chorych z regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w przedziale 540 – 930 mm.
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do transportu chorych wyposażony w cztery koła jezdne, z których jedno koło tzw. kierunkowe posiada blokadę jazdy i obrotu? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do transportu chorych wyposażony w cztery koła jezdne, z których jedno koło tzw. kierunkowe posiada blokadę jazdy i obrotu.
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do transportu chorych o długości 2080 mm i szerokości całkowitej 730 mm? (część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do transportu chorych o długości 2080 mm i szerokości całkowitej 730 mm.
20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną za pomocą paneli sterujących umieszczonych w dwóch barierkach? Rozwiązanie takie jest dużo korzystniejsze niż opisane w SIWZ, czyli panel w jednej barierce. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-	Tak. Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną za pomocą paneli sterujących umieszczonych w dwóch barierkach.



<p>cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	
<p>21. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża, w zakresie 450 mm do 850 mm? Łóżko o minimalnej wysokości leża wynoszącej 450 mm także skutecznie zapobiega ewentualnemu „zeskakiwaniu z łóżka”. Siedząc na nim, pacjent może pełnymi stopami dotykać podłogi. Parametr ten nie wpływa zatem na funkcjonalność wyrobu. (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża, w zakresie 450 mm do 850 mm.</p>
<p>22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi o właściwościach antybakteryjnych, wykonanych w nanotechnologii srebra z właściwościami antybakteryjnymi co hamuje namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, bakterii i grzybów) łatwe w utrzymaniu czystości? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi z tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, wykonanych w nanotechnologii srebra co hamuje namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, bakterii i grzybów), dzielonymi, podwójnymi, zabezpieczającymi pacjenta na odcinku segmentu pleców, segmentu siedziska oraz segmentu uda, z widocznymi,</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>



<p>estetycznymi elementami metalowymi tylko w obrębie zawiasów i uchwytów zwalniających, co nie pogarsza funkcjonalności łóżka (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	
<p>24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, bez sterowania, pokrytymi lakierem o właściwościach antybakteryjnych zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża od szczytu do szczytu? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>25. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszanie ryzyka infekcji wymaga zaoferowania barierek bocznych metalowych, składanych wzdłuż ramy leża z górna rura chwytowa wykonana w technologii Cu+(stop miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów, zabezpieczających pacjenta na ok. 3/4 długości? (część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dźwig do podnoszenia pacjenta z elektryczną regulacją podnoszenia siedziska? (część 2 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – dźwig do podnoszenia pacjenta, szt. 3).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej o długości 2080 mm? (część 2 poz. 1</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej o</p>



Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).	długości 2080 mm
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej o szerokości 730 mm? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej o szerokości 730 mm
29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z wysokością leżyska: opuszczonego – 690 mm, podniesionego – 1080 mm? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z wysokością leżyska: opuszczonego – 690 mm, podniesionego – 1080 mm.
30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z zakresem podnoszenia leżaka 390 mm? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).	Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z zakresem podnoszenia leżaka 390 mm.
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z hydrauliczną regulacją wysokości bez możliwości regulacji prędkości opadania? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów bez ustawienia skrajnych segmentów leżaka: 0, 30, 45, 60 stopni? (część 2 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, meble medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

