

Warszawa, dnia 29 września 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, wyposażenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, sprzętu komputerowego, akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoterapii, nr 5/PZP/2015

### Odpowiedzi na pytania

**zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, wyposażenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, sprzętu komputerowego, akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoterapii, nr 5/PZP/2015**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
  - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

| Pytanie Wykonawcy  | Odpowiedź Zamawiającego          |
|--|----------------------------------|
| <p>Czy dopuszczają Państwo bieżnię o poniższych parametrach:</p> <p>Wymiary po rozłożeniu (cm) dł./sz./w. w cm)<br/>207x88x136</p> <p>Prędkość 0,8-20km/h</p> <p>Regulacja nachylenia 0-12</p> <p>Obciążenia wagowe użytkownika 150kg</p> <p>Pomiar min.: tętna, czasu, prędkości, odcinka</p> | <p>Tak. Zamawiający dopuści.</p> |



treningowego, zużycia energii

Dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami)

- 10

Pas na klatkę piersiową na wyposażeniu,

oraz

**STEPPER**

Czy dopuszczą Państwo stepper o poniższych parametrach:

Pozycja stojąca

Uchwyty na ręce

Maksymalne obciążenie użytkownika 110kg

Opór – 2 tłoki hydrauliczne

Min: pomiar czasu, ilości kroków pokonanych, tempa, tętna

Waga urządzenia ok 32 kg

Pas na klatkę piersiową na wyposażeniu

