

Warszawa, dnia 03 listopada 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu audio, nr 8/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu audio, nr 8/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”
- przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Pyt. 1. Bieżnia (część 1 pozycja 2 formularza asortymentowo-cenowego).</p> <p>Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach po rozłożeniu: 207x88x136 cm, ostatni wymiar różni się tylko o 2 cm od wymaganego?</p> <p>Reszta parametrów zgodna z wymaganiami SIWZ.</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści.</p>
<p>2. Pyt. 2. Stepper (część 1 pozycja 4 formularza asortymentowo-cenowego).</p> <p>Czy Zamawiający dopuści stepper z pomiarem czasu, ilości stopni pokonanych, pomiarem</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści.</p>



<p>tempa i tętna, bez wskazania całkowitej wysokości?</p> <p>Reszta parametrów zgodna z wymaganiami SIWZ.</p>	
---	--

