

Warszawa, dnia 03 listopada 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu audio, nr 8/PZP/2015

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu audio, nr 8/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”
- przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Część nr 5 – meble medyczne pozycja 1</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1 kozetki medycznej o wysokości 51 cm i szerokości 61 cm. Pozostałe parametry bez zmian.</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści.</p>
<p>2. Część nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny pozycja 2</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 2 bieżni o długości 212 cm. Jest to o 5 cm więcej od wymaganej wartości. Pozostałe parametry bez zmian.</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści.</p>

