

Warszawa, dnia 05 listopada 2015 r.

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu audio, nr 8/PZP/2015

### Odpowiedzi na pytania

**zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu audio, nr 8/PZP/2015**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
  - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”
- przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Czy dopuszczą Państwo bieżnię o poniższych parametrach:</p> <p>Wymiary po rozłożeniu (cm) dł./sz./w. w cm) 207x88x136</p> <p>Prędkość 0,8-20km/h</p> <p>Regulacja nachylenia 0-12</p> <p>Obciążenia wagowe użytkownika 150kg</p> <p>Pomiar min.: tętna, czasu, prędkości, odcinka treningowego, zużycia energii</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści.</p>



<p>Dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami) - 10</p> <p>Pas na klatkę piersiową na wyposażeniu,</p>	
<p>2. Czy dopuszczą Państwo bieżnię o poniższych parametrach:</p> <p>Wymiary po rozłożeniu (dł.szer. wys.): 202x85x141</p> <p>Prędkość: 1-20 km/h</p> <p>Regulacja nachylenia: 0-15%</p> <p>Obciążenia wagowe użytkownika: 150 kg</p> <p>Pomiar: tętno, czas, prędkość, dystans</p> <p>10 programów treningowych</p> <p>Pas telemetryczny na wyposażeniu</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści.</p>
<p>1. Czy zrezygnują Państwo z wymogu posiadania dokumentu CE o wyrobach medycznych na pozycję 1 (trener równowagi), 2 (bieżnia), 3 (stepper), 4 (ergometr).</p> <p>Proponowane sprzęty nie są wyrobami medycznymi, natomiast posiadają deklarację zgodności ( bez oznakowania CE), dopuszczające sprzęt do użytkowania, zgodny z dyrektywami i normami UE.</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści.</p>

