

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r.

**Do wykonawców biorących udział
w niżej wskazanym postępowaniu**

Odpowiedzi na pytania

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii i fizykoterapii, wyposażenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, terapii zajęciowej, mebli do pracowni relaksacyjnej, sprzętu komputerowego, mebli medycznych do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoterapii nr 2/PZP/2015

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
- 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
- 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające drewnianą obudowę łóżka w kolorze drzewa bukowego? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko posiadające drewnianą obudowę łóżka w kolorze drzewa bukowego.</p>
<p>2. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające dopuszczalne obciążenie robocze 175 kg? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko opieki</p>	<p>Tak. dopuści łóżko posiadające dopuszczalne obciążenie robocze 175 kg.</p>



długoterminowej, szt. 10).	
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0°-10°? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0°-10°
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające kąt odchylenia oparcia pleców 0°-83° (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt odchylenia oparcia pleców 0°-83°
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) posiadające kąt odchylenia oparcia uda 0°-20°? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt odchylenia oparcia uda 0°-20°
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki długoterminowej (10 szt.) bez wieszaka do kroplówek? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające obudowę z drewna i płyty meblowej w komplecie z poręczami bocznymi - kolor drzewa bukowego? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 10).	Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające obudowę z drewna i płyty meblowej w komplecie z poręczami bocznymi - kolor drzewa bukowego.
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające kąt odchylenia oparcia pleców 0°-83° (część 10 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka	Tak. Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające kąt odchylenia oparcia pleców 0°-83°



medyczne - łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).	
9. Czy Zamawiający dopuści łożko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające kąt odchylenia oparcia uda 0°-20°? (część 10 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne - łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).	Tak. Zamawiający dopuści łożko rehabilitacyjne posiadające kąt odchylenia oparcia uda 0°-20°
10. Czy Zamawiający dopuści łożko rehabilitacyjne (20 szt.) posiadające tylko pozycję anty-Trendelenburga 0°-10° (część 10 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne - łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Czy Zamawiający dopuści łożko rehabilitacyjne (20 szt.) bez wieszaka do kroplówek? (część 10 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne - łóżko rehabilitacyjne, szt. 20).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Czy Zamawiający dopuści łożko OIT (1 szt.) posiadające segmenty leża wypełnione płytami HPL? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne - łóżko OIT, szt. 1).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Czy Zamawiający dopuści łożko OIT (1 szt.) posiadające leże podparte kolumnami o przekroju prostokątnym? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne - łóżko OIT, szt. 1).	Tak. Zamawiający dopuści łożko posiadające leże podparte kolumnami o przekroju prostokątnym.
14. Czy Zamawiający dopuści łożko OIT (1 szt.) posiadające czterosegmentowe leże, w tym trzy segmenty ruchome: segment oparcia pleców i ud (oba regulowane elektrycznie pilotem), segment podudzia regulowany przy pomocy mechanizmu zapadkowego? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne - łóżko OIT, szt. 1).	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.



<p>15. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające funkcję CPR elektryczną dla segmentu oparcia pleców i ud oraz mechaniczną za pomocą dźwigni dla segmentu pleców? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>16. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) nie wyposażone w poziomice? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w poziomice.</p>
<p>17. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające kąt uniesienia segmentu podudzia 0°-18°? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>18. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) posiadające pozycję Trendelenburga 16° i anty-Trendelenburga 18° – sterowane za pomocą panelu centralnego przeznaczonego dla personelu, umieszczonego w okolicach nóg pacjenta (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łóżka medyczne - łóżko OIT, szt. 1).</p>	<p>Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

