

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r.

**Do wykonawców biorących udział  
w niżej wskazanym postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania**

**zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii i fizykoterapii, wyposażenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, terapii zajęciowej, mebli do pracowni relaksacyjnej, sprzętu komputerowego, mebli medycznych do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoterapii nr 2/PZP/2015**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
  - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”
- przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

<b>Pytanie Wykonawcy</b>	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
1. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne)	Zamawiający wyraził zgodę na termin dostawy 2 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. Czy Zamawiający dopuści łożko opieki długoterminowej w drewnianej obudowie w kolorze buk? (część 10 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne – łożko opieki długoterminowej, 10 szt.)	Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy Zamawiający dopuści łożko rehabilitacyjne w drewnianej obudowie w kolorze buk? (część 10 poz. 3 Formularza asortymentowo-	Zamawiający wyraża zgodę.



cenowego, łożka medyczne – łożko rehabilitacyjne, 20 szt.)	
4. Czy Zamawiający dopuści łożko rehabilitacyjne z anty-Trendelenburgiem 12°? (część 10 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne – łożko rehabilitacyjne, 20 szt.)	Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy Zamawiający dopuści łożko rehabilitacyjne bez Trendelenburga? (część 10 poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne – łożko rehabilitacyjne, 20 szt.)	Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Czy Zamawiający dopuści łożko OIT z leżem opartym na systemie zbliżonym do pantografu, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łożka? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne – łożko OIT, 1 szt.)	Zamawiający wyraża zgodę.
7. Czy Zamawiający dopuści łożko OIT tylko z autoregresją oparcia pleców? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne – łożko OIT, 1 szt.)	Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Czy Zamawiający dopuści łożko OIT z kątem uniesienia segmentu uda 0-80°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne – łożko OIT, 1 szt.)	Zamawiający wyraża zgodę.
9. Czy Zamawiający dopuści łożko OIT o długości 2165 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? (część 10 poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, łożka medyczne – łożko OIT, 1 szt.)	Zamawiający wyraża zgodę.

