

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r.

**Do wykonawców biorących udział  
w niżej wskazanym postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania**

**zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii i fizykoterapii, wyposażenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, terapii zajęciowej, mebli do pracowni relaksacyjnej, sprzętu komputerowego, mebli medycznych do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoterapii nr 2/PZP/2015**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części zwana ustawą), który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
  - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”
- przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
1. Czy Zamawiający dopuści wannę nie posiadającą obręczy do masażu limfatycznego (część 1 poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego, sprzęt medyczny – wanna do kąpeli wirowej kończyn górnych, szt. 1).	Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający dopuści wannę o pojemności 65 litrów? Wanna posiada automatyczne napełnianie, po napełnieniu pojawia się dźwięk informujący o konieczności wyłączenia wirówki. (część 1 poz. 2 Formularza asortymentowo-	Tak. Zamawiający dopuści wannę o pojemności 65 litrów.



cenowego, sprzęt medyczny – wanna do masażu kończyn dolnych, szt. 1).	
---	--

